

安徽省职业病防治院文件

省职防院〔2024〕6号

关于2023年全省放射卫生检测能力比对结果的通报

各有关单位：

根据省卫生健康委工作安排，省职业病防治院组织开展了2023年全省放射卫生检测能力比对工作。现将比对结果通报如下：

一、比对总体情况

2023年放射卫生检测机构检测能力考核项目包括“个人剂量监测”、“总 α 总 β 放射性测量”两项内容。全省共计32家技术机构参加了放射卫生检测能力比对工作，其中参加个人剂量监测能力比对的26家，参加总 α 总 β 放射性测量比对的18家。

二、比对结果

（一）个人剂量监测能力比对结果。全省26家技术机构参加了个人剂量监测能力比对，其中疾病预防控制中心11家，职业病防治院所2家，第三方放射卫生技术服务机构13家。比对结

果优秀 0 家，合格 25 家，不合格 1 家。按机构类型看:11 家疾病预防控制中心合格率 100%，2 家职业病防治院所合格率为 50%，13 家放射卫生第三方技术服务机构合格率 100%。

（二）总 α 总 β 放射性测量比对结果

全省 18 家技术机构参加了总 α 总 β 放射性测量比对，其中疾病预防控制中心 16 家，职业病防治院所 1 家，第三方放射卫生技术服务机构 1 家。比对结果优秀 1 家，合格 16 家，不合格 0 家。按机构类型看:16 家疾控机构合格率 100%，1 家省级职防机构合格率为 100%，1 家第三方机构比对不合格。

（三）机构检测能力综合评定情况。根据参加的疾病预防控制中心、职业病防治院所和第三方放射卫生技术服务机构参加的比对项目和检测能力，综合评定结果，统计各机构的合格情况（第三方放射卫生技术服务机构根据取得资质的项目范围参加比对，未取得资质的项目不作硬性要求），详见附件。

三、工作要求

各级卫生健康行政部门要进一步增强对“放射卫生检测能力比对”重要性的认识，指导和督促各参与单位根据本次实验室比对结果，认真梳理分析存在的差距不足，借鉴优秀单位成熟经验，进一步明确提高方向，提升放射卫生检测的能力和水平。

附件：安徽省 2023 年放射卫生机构检测能力比对结果

安徽省职业病防治院

2024年1月22日



安徽省职业病防治院办公室

2024年1月25日印发

附件

安徽省 2023 年放射卫生机构检测能力比对结果

序号	单位全称	机构类别	具备放射卫生技术服务机构资质情况	参加比对级别	是否需要参加个人剂量监测比对	是否需参加总α总β放射性测量比对	比对结果		综合评定	备注
							个人剂量监测	总α总β放射性测量		
1	安徽省职业病防治院	公立机构	甲级	国家级	是	是	合格	优秀	合格	
2	合肥市职业病防治院	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	—	不合格	
3	合肥市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	—	合格	不合格	
4	宿州市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	—	合格	不合格	
5	淮北市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	—	合格	不合格	
6	亳州市疾病预防控制中心	公立机构	乙级	省级	是	是	合格	合格	合格	
7	阜阳市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	—	合格	不合格	
8	淮南市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	—	合格	不合格	
9	淮南市职业病防治所	公立机构	乙级	省级	是	是	不合格	—	不合格	
10	蚌埠市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	
11	滁州市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	
12	六安市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	
13	安庆市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	

序号	单位全称	机构类别	具备放射卫生技术服务机构资质情况	参加比对级别	是否需要参加个人剂量监测比对	是否需参加总α总β放射性测量比对	比对结果		综合评定	备注
							个人剂量监测	总α总β放射性测量		
14	池州市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	
15	铜陵市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	
16	芜湖市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	合格	合格	合格	
17	马鞍山市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	省级	是	是	—	合格	不合格	
18	宣城市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	是	是	是	合格	合格	合格	
19	黄山市疾病预防控制中心	公立机构	无资质	是	是	是	合格	合格	合格	
20	中国建材检验认证集团安徽有限公司	第三方机构	甲级	国家级	是	是	合格	不合格	不合格	
21	合肥金浩峰检测研究院有限公司	第三方机构	甲级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
22	安徽全成检测研究院有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
23	安徽创佳安全环境科技有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
24	宣城东晨放射卫生技术服务有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
25	安徽省中环检测有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
26	安徽科克环境技术咨询有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质

序号	单位全称	机构类别	具备放射卫生技术服务机构资质情况	参加比对级别	是否需要参加个人剂量监测比对	是否需参加总α总β放射性测量比对	比对结果		综合评定	备注
							个人剂量监测	总α总β放射性测量		
27	安徽达申卫生检测技术有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
28	安徽恒准环境检测研究院有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
29	安徽国衡检测研究院有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
30	安徽赛尔福职业安全健康有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
31	德驭医疗马鞍山总医院有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质
32	六安鸿阳职业病防治院有限公司	第三方机构	乙级	省级	是	否	合格	—	合格	无总α、总β放射性测量资质